

お客様各位

ファイバーテック株式会社
千葉県佐倉市西御門 409-1

プレビット、涙道ファイバースコープ EZ Tb. 対応プラズマガス滅菌器追加のお知らせ

謹啓 平素よりファイバーテック製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、下記製品につきまして、ご使用いただけるプラズマガス滅菌器が追加となりましたのでご案内申し上げます。
今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

販売名	プレビット
医療機器認証番号	225AFBZX00150000

販売名	涙道ファイバースコープ EZ Tb.
医療機器認証番号	305AFBZX00056000

2. 変更内容

滅菌方法は、過酸化水素低温プラズマ滅菌 EOG 滅菌、LTSP 滅菌に変更はありません。過酸化水素低温プラズマ滅菌のうちの滅菌器の追加です。

改訂前		改訂後	
滅菌器	条件	滅菌器	条件
ASP Japan 合同会社製 ステラッド 100NX	スタンダード サイクル	ASP Japan 合同会社 製 ステラッド 100NX	スタンダード サイクル
		メディア株式会社製 <u>RENO-S20</u>	<u>エコサイクル</u> <u>アドバンスト</u> <u>サイクル</u>

※詳細につきましては、取扱説明書をご参照ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

ファイバーテック(株) 佐倉リサーチセンター

品質保証課 (担当: 宮部、二宮) TEL: 043-481-5381